



Warszawa, dn. 17.08.2017 r.

Przyjmujący zamówienie

Dotyczy: konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych, laboratoryjnych

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola- Śródmieście jako Udzielający zamówienia informuje, że w dniu 16 sierpnia 2017 roku wpłynęło do Zakładu pismo Przyjmującego zamówienie dotyczące konkursu ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu badań diagnostycznych, laboratoryjnych.

W odpowiedzi na zadane pytania Udzielający zamówienia informuje:

4. Dotyczy formularza ofertowego „Diagnostyka Infekcji”, poz. 40;
Proszę o określenie jakie klasy przeciwciał powinny być określone w badaniu „przeciwciała bąblowcowe”?

W badaniu „przeciwciała bąblowcowe” powinny być określone przeciwciała klasy IgG

5. Dotyczy formularza ofertowego „Alergia”, poz. 2, 3 i 4;
Proszę o doprecyzowanie ile alergenów powinno być oznaczonych we wspomnianych przez Zamawiającego panelach?

W panelach wymienionych w poz. 2, 3 i 4 „Alergia” powinno być oznaczonych nie mniej niż 20 alergenów.

6. Dotyczy formularza ofertowego „Bakteriologia”, poz. 1,;
Proszę o informację jaki rodzaj toksyny powinien być oznaczony w wymienionych badaniach?

W badaniu „Bakteriologia”, poz. 1, tj. Badanie na obecność w kale toksyny Clostridium difficile powinny być oznaczone toksyny A i B

DYREKTOR
ds. Medycznych

Jacek Mitek