



Warszawa, dnia 06.12.2018 r.

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawców**

**SPROSTOWANIE ODPOWIEDZI
NA PYTANIE WYKONAWCY**

*Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Sukcesywne dostawy jednorazowych narzędzi i akcesoriów medycznych, V, znak sprawy 30/2018.*

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 1 udzielonej pismem z dnia 05.12.2018 r.:

PYTANIE nr 1 Pakiet 2, poz. 8-11

Czy zamawiający oczekuje strzykawek dwuczęściowych czy trzyczęściowych?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawek trzyczęściowych, zgodnie z opisem w siwz zawartym w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 4.2 do siwz (cylinder, tłok i guma syntetyczna uszczelniająca).

Pozostałe zapisy siwz, w tym termin składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

DYREKTOR
ds. Zarządzania Infrastruktura
A. Kantorska
Agnieszka Kantorska