

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście

ul. Ciołka 11, 01-445 Warszawa

www.zozwola.pl

e-mail k.nowakowska@zozwola.pl

Nr sprawy 1/Z/2019

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

na zbycie aktywów trwałych

**będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola -
Śródmieście**

I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

1. Mammograf cyfrowy Hologic Loard/ Selenia, rok produkcji 2009

Stacja diagnostyczna EIZO monitory G 540 – 3 szt./stacja opisowa SVDX-00400, rok produkcji 2016/2009.

Identyfikacja przedmiotu, opis i podstawowe parametry

1.	Typ aparatu	Mammograf cyfrowy
2.	Stan techniczny	Używany, sprawny, na gwarancji
3.	Model/producent	Selenia Hologic inc.
4.	Instalator/ autoryzowany serwis	Timko Sp. z o.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa
5.	Rok produkcji/ data uruchomienia	2009/styczeń 2010
6.	Okres gwarancji	2 lat
	Generator wysokiego napięcia	
7.	Generator wysokoczęstotliwościowy	22,5 kHz
8.	Moc wyjściowa generatora	4,1 Kw
9.	Zakres wysokiego napięcia	D 39 kV
10.	Dokładność regulacji napięcia	Skok co 1 kV
11.	Automatyczna kompensacja zmian napięcia	+/- 10 %
12.	Maksymalna wartość ekspozycji	400 mAs
13.	Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji	kV/mAs, rodzaj filtra
	Lampa RTG	
14.	Anoda wirująca	Tak
15.	Pojemność cieplna anody	300 kHU
16.	Materiał wykonania anody	Molibden
17.	Filtr molibdenowy	Tak
18.	Filtr rodowy	Tak
19.	Wielkość nominalna ogniska małego wg. IEC336	0,1 dla SID 60 cm

20.	Wielkość nominalna ogniska dużego wg. IEC336	0,3 dla SID 60 cm
21.	Prędkość wirowania anody	9500 obr/min.
	Automatyka	
22.	Automatyka kontroli ekspozycji AEC	TAK
23.	Automatyka doboru filtra, kV i mAs	TAK
24.	Ręczna kontrola kompresji	TAK
25.	Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji	TAK
26.	Automatyczna kontrola kompresji	TAK
	Statyw	
27.	Statyw wolnostojący	TAK
28.	Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzone na wysokości górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo)	67 cm – 140 cm
29.	Zakres obrotu ramienia aparatu	+195°/-150°
30.	Odległość ognisko – detektor obrazu	66 cm
31.	Zestaw do zdjęć powiększonych	Tak, współczynnik powiększenia 1,8x
32.	Oslona twarzy pacjentki	TAK
33.	Komplet płytek dociskowych z autodetekcją	TAK, wymiary płytek: 18cmx24cm 24cmx30cm
34.	Płytką perforowaną do zabiegów	Tak, zakładanie marketów, biopsje
35.	Szyba ochronna dla operatora o ekwiwalencie 0,5 mmPb zintegrowana ze stacją technika	TAK
36.	Motorowy obrót głowicy	TAK
37.	Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym	TAK
	Detektor cyfrowy	
38.	Detektor cyfrowy	TAK, 24x29cm
39.	Dostępne 2 formaty pola obrazowania FOV w płaszczyźnie detektora	TAK
40.	Matryca detektora promieniowania X	3328x4096 pixeli
41.	Rozmiar pixela	70 µm
42.	Rozmiar obrazu zapisanego dla pełnego formatu detektora	25 MB
43.	Kratka przeciwrozproszeniowa zintegrowana z cyfrowym odbiornikiem obrazu	TAK
44.	Wartość współczynnika DQE dla 0pl/mm	65%
45.	Zakres dynamiki	14 bit

Mammograf ostatni przegląd miał robiony 24.10.2018/ co rok. Od daty zakupu obsługiwany przez jedną firmę serwisową.

II. Cena wywoławcza 48 450 zł brutto.
Stacja diagnostyczna

Model:	SVDX 00-400
--------	-------------

Rok Produkcji	Lipiec 2009
Data instalacji	30.10.2009
Zasilanie	230V
System operacyjny	Windows XP
Wersja aplikacji	DWS – HLX-6-0-5
Monitor model	GX 540
SN prawego monitora	29653016
SN lewego monitora	27320055
Aplikacja	Qaweb1.12

UWAGA – Aktualna stacja opisowa dopuszcza pracę pod warunkiem nie wyłączenia komputera. Stacja diagnostyczna składa się z 2 szt. monitorów EIZO GX 540 z 2016 r., 1 szt. monitora acer z 2009r. oraz komputera z oprogramowaniem z 2009r.

Sprzedawane przedmioty można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49 w Warszawie w terminie 09.08.2019 o godzinie 10:00 spotkanie przy głównym wejściu przy aptece.

II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze lub ręcznie długopisem itp. format A4.
2. W ofercie Kupujący przedstawia cenę brutto.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na zakup Mammografu znak sprawy 1/Z/2019.”
5. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.

Oferta powinna zawierać:

1. „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszych „Warunków przystąpienia do przetargu”.
2. Zaparaflowany wzór Umowy sprzedaży, stanowiący Załącznik Nr 2 do „Warunków przystąpienia do przetargu”.
3. Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub inny wypis z właściwego rejestru z datą nie wcześniejszą niż 30 przed upływem terminu składania ofert.

Oferent zobowiązany jest do podpisania każdej strony oferty.

III. SKŁADANIE OFERT

1. Składanie ofert do dnia 21.08.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola - Śródmieście „Oferta na zakup mammografu znak sprawy 1/Z/2019”
2. Otwarcie ofert nastąpi 21.08.2019 r. o godzinie 10:10 w Dziale Zamówień Publicznych i Administracji pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie.
3. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
4. Po zakończeniu przetargu, Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy i wezwie Kupującego, który wygra przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy.
5. Dzień zawarcia umowy jest ostatnim terminem do zapłaty ceny za zakupione w drodze przetargu środki trwałe.
6. Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg w formie licytacji.
10. Termin związania z ofertą 30 dni.

Informacji dodatkowych o przetargu udzielają pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Administracji
Pani Katarzyna Nowakowska tel. 535 008 372.

Warszawa 30.07.2019 r.

Zatwierdzam
Dyrektor