



Warszawa, dn. 13.08.2019

Do wszystkich zainteresowanych Oferentów

Oferta na zakup mammografu znak sprawy 1/Z/2019”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście, informuje, iż w dniu 12.08.2019 roku wpłynęły następujące pytania dotyczące sprzedaży mammografu wraz ze stacją diagnostyczną.

„Prosimy o kilka informacji dodatkowych:

- * zdjęcia mmamografu, stacji diagnostycznej oraz opisowej
- * rok produkcji
- * zdjęcia lub scany paszportu technicznego aparatu
- * informacje o stanie technicznym”.

Przeprowadzający postępowanie informuję, że mammograf cyfrowy jest z 2009 roku, stacja diagnostyczna : EIZO monitory GX 540 – 3 szt. z 2016/stacja opisowa SVDX-00400 z 2009r.

W czasie wizji rzeczoznawcy uruchomiono, przeprowadzono test sprawności, zasięgu ruchowego. Okazano paszport aparatu wraz z ważnym przeglądem technicznym. Przegląd 24.10.2018/ co rok. Obsługiwany od daty zakupu przez jedną firmę serwisową. Stan techniczny: dobry.

W 2016 roku przeprowadzono konfigurację stacji opisowej do nowych monitorów diagnostycznych firmy EIZO. Stwierdzono, brak możliwości dokończenia konfiguracji z powodu braku sterowników monitorów kompatybilnych z kartą graficzną zainstalowaną w komputerze stacji opisowej. Producent stacji SVDX -00400 firma Hologic.

Aktualnie stacja opisowa dopuszcza pracę pod warunkiem nie wyłączenia komputera.

Stacja diagnostyczna składa się z:

- 2 szt. monitorów EIZO GX 540 (PRODUKT WYCOFANY ZE SPRZEDAŻY.

Model ten z powodu zakończonej produkcji jest wyprzedawany z magazynów producenta).

- 1 szt. Monitora acer

- komputera z oprogramowanie.

Jednocześnie informujemy, iż zawarte powyżej informacje są zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu zamieszczonym na stronie internetowej Sprzedającego.

W oddzielnym pliku przekazujemy zdjęcia.

DYREKTOR
ds. Zarządzania Infrastrukturą

Agnieszka Kantorska