

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola – Śródmieście**

**ul. Ciolka 11, 01-445 Warszawa**

**[www.zozwola.pl](http://www.zozwola.pl)**

**e-mail [k.nowakowska@zozwola.pl](mailto:k.nowakowska@zozwola.pl)**

**Nr sprawy 4/Z/2019**

**OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY**

**na zbycie aktywów trwałych**

**będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola -  
Śródmieście**

**I. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY**

1. Mammograf cyfrowy Hologic Loard/ Selenia, rok produkcji 2009

Stacja diagnostyczna EIZO monitory G 540 – 3 szt./stacja opisowa SVDX-00400, rok produkcji 2016/2009.

**Identyfikacja przedmiotu, opis i podstawowe parametry**

1.	<b>Typ aparatu</b>	<b>Mammograf cyfrowy</b>
2.	<b>Stan techniczny</b>	<b>Używany, sprawny, na gwarancji</b>
3.	<b>Model/producent</b>	<b>Selenia Hologic inc.</b>
4.	<b>Instalator/ autoryzowany serwis</b>	<b>Timko Sp. z o.o. ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa</b>
5.	<b>Rok produkcji/ data uruchomienia</b>	<b>2009/styczeń 2010</b>
6.	<b>Okres gwarancji</b>	<b>2 lat</b>
	<b>Generator wysokiego napięcia</b>	
7.	<b>Generator wysokoczęstotliwościowy</b>	<b>22,5 kHz</b>
8.	<b>Moc wyjściowa generatora</b>	<b>4,1 Kw</b>
9.	<b>Zakres wysokiego napięcia</b>	<b>D 39 kV</b>
10.	<b>Dokładność regulacji napięcia</b>	<b>Skok co 1 kV</b>
11.	<b>Automatyczna kompensacja zmian napięcia</b>	<b>+/- 10 %</b>
12.	<b>Maksymalna wartość ekspozycji</b>	<b>400 mAs</b>
13.	<b>Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji</b>	<b>kV/mAs, rodzaj filtra</b>
	<b>Lampa RTG</b>	
14.	<b>Anoda wirująca</b>	<b>Tak</b>
15.	<b>Pojemność cieplna anody</b>	<b>300 kHU</b>
16.	<b>Materiał wykonania anody</b>	<b>Molibden</b>
17.	<b>Filtr molibdenowy</b>	<b>Tak</b>
18.	<b>Filtr rodowy</b>	<b>Tak</b>
19.	<b>Wielkość nominalna ogniska małego wg. IEC336</b>	<b>0,1 dla SID 60 cm</b>

20.	Wielkość nominalna ogniska dużego wg. IEC336	0,3 dla SID 60 cm
21.	Prędkość wirowania anody	9500 obr/min.
	Automatyka	
22.	Automatyka kontroli ekspozycji AEC	TAK
23.	Automatyka doboru filtra, kV i mAs	TAK
24.	Ręczna kontrola kompresji	TAK
25.	Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji	TAK
26.	Automatyczna kontrola kompresji	TAK
	Statyw	
27.	Statyw wolnostojący	TAK
28.	Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzone na wysokości górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo)	67 cm – 140 cm
29.	Zakres obrotu ramienia aparatu	+195°/-150°
30.	Odległość ognisko – detektor obrazu	66 cm
31.	Zestaw do zdjęć powiększonych	Tak, współczynnik powiększenia 1,8x
32.	Oslona twarzy pacjentki	TAK
33.	Komplet płytek dociskowych z autodetekcją	TAK, wymiary płytek: 18cmx24cm 24cmx30cm
34.	Płytką perforowaną do zabiegów	Tak, zakładanie marketów, biopsje
35.	Szyba ochronna dla operatora o ekwiwalencie 0,5 mmPb zintegrowana ze stacją technika	TAK
36.	Motorowy obrót głowicy	TAK
37.	Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym	TAK
	Detektor cyfrowy	
38.	Detektor cyfrowy	TAK, 24x29cm
39.	Dostępne 2 formaty pola obrazowania FOV w płaszczyźnie detektora	TAK
40.	Matryca detektora promieniowania X	3328x4096 pixeli
41.	Rozmiar pixela	70 µm
42.	Rozmiar obrazu zapisanego dla pełnego formatu detektora	25 MB
43.	Kratka przeciwrozproszeniowa zintegrowana z cyfrowym odbiornikiem obrazu	TAK
44.	Wartość współczynnika DQE dla 0pl/mm	65%
45.	Zakres dynamiki	14 bit

Mammograf ostatni przegląd miał robiony 24.10.2018/ co rok. Od daty zakupu obsługiwany przez jedną firmę serwisową.

### Stacja diagnostyczna

Model:	SVDX 00-400
Rok Produkcji	Lipiec 2009
Data instalacji	30.10.2009
Zasilanie	230V
System operacyjny	Windows XP
Wersja aplikacji	DWS – HLX-6-0-5
Monitor model	GX 540
SN prawego monitora	29653016
SN lewego monitora	27320055
Aplikacja	Qaweb1.12

UWAGA – Aktualna stacja opisowa dopuszcza pracę pod warunkiem nie wyłączenia komputera.  
Stacja diagnostyczna składa się z 2 szt. monitorów EIZO GX 540 z 2016 r., 1 szt. monitora acer z 2009r. oraz komputera z oprogramowaniem z 2009r.

Sprzedawane przedmioty można obejrzeć w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola – Śródmieście w Przychodni Lekarskiej przy ul. Płockiej 49 w Warszawie w terminie 20.09.2019 o godzinie 10:00 spotkanie przy głównym wejściu przy aptece.

**Cena wywoławcza 24.600,00 zł brutto.**

## II. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę pod rygorem nieważności – należy sporządzić pisemnie w języku polskim, trwałą i czytelną techniką: na komputerze lub ręcznie długopisem itp. format A4.
2. W ofercie Kupujący przedstawia cenę brutto.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona w formie pisemnej w zapieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na zakup Mammografu znak sprawy 1/Z/2019.”
5. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.

Oferta powinna zawierać:

1. „Formularz ofertowy” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszych „Warunków przystąpienia do przetargu”.
2. Zaparaflowany wzór Umowy sprzedaży, stanowiący Załącznik Nr 2 do „Warunków przystąpienia do przetargu”.
3. Aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub inny wypis z właściwego rejestru z datą nie wcześniejszą niż 30 przed upływem terminu składania ofert.

Oferent zobowiązany jest do podpisania każdej strony oferty.

## III. SKŁADANIE OFERT

1. Składanie ofert do dnia 30.09.2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola - Śródmieście „Oferta na zakup mammografu znak sprawy 4/Z/2019”
2. Otwarcie ofert nastąpi 30.09.2019 r. o godzinie 10:10 w Dziale Zamówień Publicznych i Administracji pok. 215 II piętro ul. Ciołka 11 w Warszawie.
3. Do odbycia się przetargu wystarczy złożenie jednej ważnej oferty.
4. Po zakończeniu przetargu, Sprzedawca ustali termin zawarcia umowy i wezwie Kupującego, który wygra przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy.
5. Dzień zawarcia umowy jest ostatnim terminem do zapłaty ceny za zakupione w drodze przetargu środki trwałe.
6. Wydanie przedmiotu nastąpi po zapłaceniu ceny nabycia.
7. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
9. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący kontynuuje przetarg w formie licytacji.
10. Termin związania z ofertą 30 dni.

Informacji dodatkowych o przetargu udzielają pracownicy Działu Zamówień Publicznych i Administracji Pani Katarzyna Nowakowska tel. 535 008 372.

Warszawa 06.09.2019 r.

Zatwierdzam .....

Dyrektor