

SPZOZ/WWŚ/Z/V/02/.../14

Warszawa, dn. 14.10.2014 r.

**ZAMAWIAJĄCY:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście  
ul. E. Ciołka 11, 01-445 Warszawa

**Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców**

*Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na: „Dostawę urządzeń medycznych” (numer postępowania: 30/2014).*

Zamawiający informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), dot. przetargu jw., wpłynęły pytania wykonawcy. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień:

**Pytanie 1.** W związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę urządzeń medycznych, w tym aparatu USG zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu składania instrukcji obsługi wraz z ofertą. Instrukcja obsługi jest dokumentem kilkusetstronicowym, niepotrzebnie zwiększającym objętość oferty. Wszystkie dane techniczne wymagane przez Zamawiającego będą wynikały z materiałów producenta, folderów, opisów złożonych wraz z ofertą. Prosimy o zmianę wymogu dostarczenie instrukcji wraz z ofertą na konieczność złożenia wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu właściwej instrukcji wraz z zobowiązaniem dostarczenia instrukcji obsługi wraz z dostawą aparatu

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu dostarczenia instrukcji wraz z ofertą na rzecz konieczności złożenia wraz z ofertą oświadczenia o posiadaniu właściwej instrukcji wraz z zobowiązaniem dostarczenia instrukcji obsługi wraz z dostawą. Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji obsługi wraz z dostawą urządzenia.

Wobec powyższego, zmienia się zapis w Rozdziale 6 pkt 6 lit. f i otrzymuje brzmienie:

„f) oświadczenie o posiadaniu właściwej instrukcji używania wraz z zobowiązaniem dostarczenia instrukcji używania wraz z dostawą”.

Zmieniona treść SIWZ oraz zmodyfikowany zgodnie z powyższym Załącznik nr 2.1 zostaje udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający przypomina o konieczności uwzględnienia powyższych zmian w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ (na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustaw Pzp).

DYREKTOR  
*Lucyna Kaspróvicz*